

激光粒度分布仪招标文件

一、采购设备

购置设备名称	单位	数量	备注
激光粒度分布仪	台	1	限价 50 万元

二、设备要求

序号	需求
1	测试范围：0.05 μm —2500 μm
2	进样方式：干法：自动进样系统； 湿法：自动循环分散系统
3	满足粒度测定相关需求（重复性误差 $\leq 0.5\%$ ；准确性误差 $\leq 0.6\%$ ）
4	测试方式：干法/湿法测试
5	分散介质：干法：压缩空气或惰性气体； 湿法：水或其他合适液体
6	测试时间：干法小于1 分钟/ 次，湿法1-3 分钟/ 次
7	空压机气压：0.1-0.8Mpa 连续可调
8	光源：大功率光纤偏振激光器，波长635nm，功率10mw，使用寿命25000 小时以上
9	电源：交流220V $\pm 10\%$ 50Hz或60Hz
10	测试结果：累积粒度分布（数据和曲线）；区间粒度分布（数据和直方图）； 中位径（D50）；平均径；比表面积等
11	数据传输方式：USB2.0 或USB3.0 标准方式
12	打印机：各种激光打印机、喷墨打印机
13	操作系统：可在 Windows 版本的操作系统下运行
14	满足比表面积测定需求
15	操作简便，带 3Q 认证
16	配套空压机、过滤器、吸尘器

三、有关要求

3.1 资料、文件的提供

3.1.1 设备文件、技术资料及 GMP 验收软件需与投标设备相配套，复印件需盖单位红章。

4.2.3 售后服务和承诺

4.3 报价

4.3.1 报价表：按采购设备目录报价

4.3.2 明确报价有效期

4.4 交货时间、运输方式

4.4.1 投标人可根据自身情况，报最短交货时间

4.4.2 注明运输方式

4.5 付款方式

接受招标人付款方式或另附付款方式。

五、投标说明

5.1 投标时间安排

5.1.1 投标文件递交时间：2021年08月18日至2021年08月23日

5.1.2 邮寄以邮戳日期为准

5.1.3 过期将视为自动放弃

5.2 投标的地点

5.2.1 单位：精华制药集团股份有限公司

5.2.2 地址：南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A座23层

5.2.3 邮编：226000

5.3 联系人

5.3.1 投标联系人：审计部 朱 莉 0513-85609103

5.3.2 投标答疑人：研究所 王兆龙 0513-85609154

5.3.3 采购联系人：生产制造处 陈 新 0513-85609135

六、评标说明

6.1 评标办法参照招标单位招投标规定中的综合评分法

精华制药集团股份有限公司

2021年08月16日